

# Тест АКВАБРИТ

для измерения карбонатной  
жесткости воды.



## Комплектность:

флакон с индикатором - 15 мл.  
мерный стаканчик с крышкой.

Срок годности - 18 мес.

Дата изготовления:

## Меры предосторожности:

беречь от огня.  
хранить в месте, недоступном для детей.  
**ЗАПРЕЩЕНО** употребление не по назначению.  
индикатор малотоксичен.  
при попадании на кожу -  
промыть мыльным раствором.  
при попадании в глаза -  
промыть большим количеством воды.

предназначен для определения  
карбонатной (временной )  
жесткости воды (кН)

## Условия хранения:

флакон с реагентом хранить плотно  
закрытым, в прохладном и темном  
месте.

ТУ 2642-003-23112380-2014



## **Инструкция по применению:**

1. Перед применением тщательно взболтайте флакон с реагентом.
2. Перед отбором пробы необходимо слить 2 литра воды и промыть прилагаемый мерный стакан тестируемой водой 3 раза.
3. Поместите в мерный стаканчик 5 мл тестируемой воды.
4. По каплям добавляйте в мерный стаканчик реагент, аккуратно перемешивая содержимое круговыми движениями после каждой капли.
5. После каждой капли возвращайте флакон в положение горлышком вверх. Для выравнивания давления во флаконе с реагентом. Попадание пузырьков воздуха в капли искажает результат измерений.
6. Считайте капли до изменения цвета раствора от зеленого к желтому.
7. Число капель реагента соответствует значению карбонатной жесткости воды в немецких градусах (кН)
8. После каждого тестирования сразу тщательно промойте мерный стаканчик водопроводной водой.
9. Плотно закройте флакон с реагентом.



**ООО "АКВАБРИТ"**

Российская федерация

123423, г.Москва,

Карамышевская наб. 44 офис 304

[www.aquabrit.ru](http://www.aquabrit.ru)